

اسکن اصالت

گواهی آنالیز
Certificate of Analysis

آزمایشگاه کنترل کیفیت نمونه سپیدار

LS

مشخصات نمونه و سند

UAT-ATL-108	کد پذیرش	شرکت داروسازی نمونه سپیدار	مشتری
B-UAT-1405-01	شماره بچ	شریت خوراکی نمونه ۱۲۰ میلی لیتر	نام نمونه
SOA-UAT-001 / Rev.0	SOA Final	IRC-UAT-1405-0001	کد غذا و دارو
2026-09-01	تاریخ صدور	COA-UAT-ATL-108 / Rev.1	شماره سند

نتایج آزمون و حدود پذیرش

ردیف	پارامتر	دسته	روش	حد پذیرش	نتیجه	وضعیت
۱	ظاهر و شفافیت	General	Visual	COMPLIES	COMPLIES	قابل قبول
۲	ماده مؤثره Assay	Special	HPLC	95 - 105 %	99.20 %	در محدوده
۳	pH	General	USP <791>	4.5 - 5.5	5.10	در محدوده
۴	شمارش میکروبی هوازی	Special	USP <61>	NMT 100 CFU/g	24 CFU/g	کمتر از حد

جمع بندی و تأیید نهایی

و QC کنترل، توسط جوابدهی بازبینی و در نهایت توسط مسئول فنی تأیید شده اند. حدود پذیرش در Snapshot سفارش نگهداری می شوند. نمونه بر اساس SOA Final تأیید شده توسط QA آزمون شد. نتایج توسط آنالیزست ثبت، توسط مسئول بخش



مسئول فنی

T. Manager

امضای دیجیتال ثبت شده

کنترل کیفیت

Q. Control

امضای دیجیتال ثبت شده

مسئول بخش شیمی

A. Section

امضای دیجیتال ثبت شده